



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390 – Monte Alto - Fone: (16) 3244-3113 – Estado de São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PREGÃO N° 62/2018

PROCESSO SA/DL N° 98/2018

OBJETO: Aquisição de consultório odontológico completo, composto por: cadeira odontológica, equipo odontológico entre outros equipamentos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESAS	
		Dinâmica Mercantil Ltda	Wenceslau Faccioli ME
1	Consultório odontológico composto de: Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto acionada pelo pedal de comando acoplado à base da cadeira, com capacidade de elevação de no mínimo 150Kg , braços em material emborrachado que impede a ocorrência de riscos superficiais sendo o direito escamoteável, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura mínima de 60cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto facilitando a limpeza do equipamento e encosto de cabeça bi-articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço com debrum de borracha para que a base não fique em contato com o piso, sem necessidade de fixação ao piso, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em vergalhões e chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricadas em aço, todas as superfícies metálicas devem ter: banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido, lavável e sem costura. Posição volta-a-zero, acendimento do refletor no pedal, com pelo menos 02 programações de trabalho e caixa de comando incorporada na base da cadeira, Garantia mínima de 1 ano.; Equipo Odontológico: acoplado com braço pneumático com movimentos vertical e horizontal com terminais para: Seringa tríplice , 01 terminal de alta e 01 terminal de baixa, jato de bicarbonato com peça de mão leve e de formato anatômico, removível e esterilizável em autoclave, sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado automaticamente, reservatório de bicarbonato de sódio embutido no equipo evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, tampa transparente que permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório, válvula dupla pneumática, abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento, pedal único de acionamento para jato de bicarbonato de sódio, alta e baixa rotação e ultrassom acoplado ao equipo com circuito eletrônico e estabilizador de frequência, peça de mão leve e de formato anatômico, transdutor acústico piezoelétrico que gera vibrações ultra	20.549,00	20.500,00
		DECLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES	20.450,00
			20.450,00 VENCEDOR