



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390 – Monte Alto - Fone: (16) 3244-3113 – Estado de São Paulo.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PREGÃO N° 23/2019

PROCESSO SA/DL N° 38/2019

OBJETO: Registro de preços de tiras de reagente de glicemia capilar

| ITEM | DESCRIÇÃO  | EMPRESAS   |
|------|--|--|
| 1    | Tiras reagente para detecção de glicemia capilar, por metodologia, com faixa de medição de 20 a 600mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente quanto o monitor não poderá apresentar interferência ou alteração de resultados em pacientes em uso de analgésicos, antitérmicos e vitaminas, e que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal e gestantes de todos os pacientes diabéticos. O sistema tira de reagente e monitor deverá atender a todas as faixas de hematócrito (20 a 65%). Tempo de leitura máximo em 15 segundos. O sistema glicosímetro deverá cumprir as exigências da iso 15197-2013 e apresentar cópia do estudo comprobatório de cumprimento das exigências de precisão dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses e permaneça o mesmo prazo após abertura dos frascos e ou embalagens. Apresentar no ato da seção certificado de boas praticas de fabricação emitido pela Anvisa, 500 Aparelhos novos em sistema de comodato. | Sóquimica<br>Laboratórios Ltda<br><br>0,50<br><br>0,45<br>0,44<br><b>0,44</b><br><b>VENCEDOR</b> |